

sebészeti szájmaszk

magas minőség

- < RÉTEGSZŰRÉS
- < KISZŰRI A KÁROS ANYAGOKAT
- < NEM SZÓTT ANYAGBÓL KÉSZÜLT

Az orvostechikai eszközökről szóló irányelveknek és követelményeknek

93/42/EEC, VII. melléklet

megfelelő teljes technikai dokumentáció

BFE ≥ 98

Szűrési hatékonyság

3 rétegű
fül pánt
hipoalergén

BFE₁ 98.1 KÖVETELMÉNY
BFE₂ 98.2 ≥95
BFE₃ 98.0 (YY/T 0969-2013)



BAKTÉRIUM SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG: (%)

(YY 0469-2011 B melléklet, baktériumi teszt: staphylococcus aureus ATCC 6538, vizsgálati terület: 40 cm², áramlási sebesség: 28.3L/perc, átlagos részecske méret: 3.0micrometer, A pozitív vizsgálat eredménye: 1.9 X 103 CFU A negatív vizsgálat eredménye: <1CFU)

Név: 3-rétegű eldobható Sebészeti arc maszk

Méretek: 17,5 x 9,5 cm

Csomagolás: 50darab/doboz

Eltarthatóság: 2 év

Norma: BFE>98%

Tárolás: Hűvös, száraz helyen, lezárva tartandó



TÜVRheinland®
Precisely Right.



Casada Hungary Kft.
www.casada.hu